

No. FZ2013216



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

委托方 Commissioned by	中山市千果防护用品科技有限公司 Zhongshan Qianguo protective equipment Technology Co, Ltd
生产单位 Factory	中山市千果防护用品科技有限公司 Zhongshan Qianguo protective equipment Technology Co, Ltd
样品名称 Name of Sample	非医用 KN95 NON-MEDICAL KN95
型号规格 Type, Specification	/
检测类别 Testing Purpose	委托检测 Commission



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告

TEST REPORT



报告随机号 Security Code: RJQ6066

第 1 页 共 4 页

样品名称 Name of Sample	非医用 KN95 NON-MEDICAL KN95		样品编号 Sample number	YFZ20/013216
	送样 (√) Sending	抽样 (/) sampling		
商标 Trade mark	千果		型号规格 Type, Specification	---
委托方 Commissioned by	中山市千果防护用品科技有限公司 Zhongshan Qianguo protective equipment Technology Co, Ltd		检测类别 Testing Purpose	委托检测 Commission
委托方地址 Address of client	中山市东凤镇伯公社区恒日巷 10 号一 层和二层 Floor 1 and 2, No 10, hengri lane, Bogong community, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, Chin		产品编号/批号 Product No. / batch No	---
生产单位 Factory	中山市千果防护用品科技有限公司 Zhongshan Qianguo protective equipment Technology Co, Ltd		抽样单编号 Sampling list No	---
受检单位 Inspected unit	---		生产日期 Date of manufacture	---
抽样单位 Sampling unit	---		样品数量 Quantity of sample	40 (个) 40 (Pieces)
抽样地点 Location of sampling	---		抽样基数 Basic quantity of sampling	---
抽样日期 Date of sampling	---		检验地点 Location of testing	本部实验室 Laboratory
收样日期 Date of receiving	2020 年 04 月 19 日		检验日期 Date of testing	2020 年 04 月 19 日~ 2020 年 04 月 28 日
检测依据 Testing reference	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》 GB 2626-2006 Respiratory protective equipment. Non-powered air-purifying particle respirator			
判定依据 Judging reference	---			
检测结论 Remarks	<p style="text-align: center;">见检测结果。 Test results are attached as below.</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2020 年 04 月 28 日</p>			
备注 Notes	<p>报告中的“---”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。 "--" in the report indicates that this item is not applicable, and "/" in the report indicates that this item is blank.</p>			

批准:

审核:

主检:

检测报告

TEST REPORT

第 2 页 共 4 页

序号 No	检测项目[单位] Test items[Unit]	标准条款 Standard terms	标准要求 Standard requirements	检测结果 Result		单项结论 Conclusion	备注 Notes
1	过滤效率[%] Filtering efficiency [%]	5.3	KN95 \geq 95.0	未预处理 Unpretreated	96.2	合格 Pass	/
					95.8		
					96.0		
					96.3		
					95.8		
					95.9		
					96.2		
					96.0		
					95.8		
				96.0			
				预处理 Pretreated	95.5		
					95.8		
					95.3		
			95.5				
95.5							
氯化钠颗粒物检测 Detection of NaCl particles 温度 Temperature: (25 \pm 5) $^{\circ}$ C 湿度 Humidity: (30 \pm 10) %			实测温度 Measured temperature: (24) $^{\circ}$ C 实测湿度 Measured Humidity: (30) %				
2	吸气阻力[Pa] Inhale resistance[Pa]	5.5	总吸气阻力 \leq 350 Total inhale resistance \leq 350	未预处理 Unpretreated	129.1	合格 Pass	/
					135.1		
				预处理 Pretreated	128.6		
					127.1		
3	呼气阻力[Pa] Exhalation resistance[Pa]	5.5	总呼气阻力 \leq 250 Total exhalation resistance \leq 250	未预处理 Unpretreated	90.5	合格 Pass	/
					89.3		
				预处理 Pretreated	88.6		
					90.1		

检测报告

TEST REPORT

第 3 页 共 4 页



样品描述 Sample description

/

型号规格或其它说明 Type, Specification or other description

/

检 测 报 告

TEST REPORT

第 4 页 共 4 页

附注 APPENDIX:

- 1、试验地点 Place of test: 广州市黄埔区科学大道 10 号
- 2、委托单位地址及邮编 Add.&Postcode: 中山市东凤镇伯公社区恒日巷 10 号一层和二层 Floor 1 and 2, No 10, hengri lane, Bogong community, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, Chin
- 3、检测环境条件 Testing ambient conditions: 检测项目均在相应标准规定的条件下进行（有注明的除外） The test items shall be carried out under the conditions specified in the corresponding standards (Unless otherwise noted)
- 4、抽样程序（如适用） Sampling procedure (if applicable): -----
- 5、偏离标准方法的说明（如适用） Statement of deviating standard method (if applicable): -----
- 6、检测结果不确定度说明（如适用） Uncertainty statement of test results (if applicable): -----
- 7、分包项目及分包方（如适用） Subcontracted items and subcontractors (if applicable): -----
